



**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
CENTRALA**

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
Centrala tel. (22) 592-65-90; fax 592-66-50

Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, e-mail: bzp@krus.gov.pl

0000-ZP.261.1.2019

Warszawa, dn. 18.02.2019r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oraz dostawę zestawów ratownictwa przedlekarskiego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następującej **modyfikacji treści SIWZ** – Rozdział II - Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pkt 20:

„Worek samorozprężalny – przejrzysty silikonowy o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną, zaworem ciśnieniowym na poziomie 40 cm H₂O, z maską twarzową uniwersalną lub w 2 rozmiarach (dla dzieci i dla dorosłych) przezroczystą umożliwiającą obrót maski o 360°, rezerwuarem tlenu i przewodem ok. 2m, zawierający dodatkowy zawór bezpieczeństwa minimalizujący ryzyko nadmuchania powietrza do żołądka z możliwością dezaktywacji zaworu przez wyłączenie”

poprzez **zmianę zapisu na:**

„Worek samorozprężalny – przejrzysty silikonowy o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną, zaworem ciśnieniowym na poziomie 40 cm H₂O lub 60 cm H₂O, z maską twarzową uniwersalną lub w 2 rozmiarach (dla dzieci i dla dorosłych) przezroczystą umożliwiającą obrót maski o 360°, rezerwuarem tlenu i przewodem ok. 2m”.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców w pkt 10 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, w ppkt 10.1 i 10.7 poprzez **wykreślenie daty 19 luty 2019r. i wprowadzenie daty 25 luty 2019r.**

Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ww. ustawy, przedłużenie terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Wykonawca winien ją uwzględnić w ofercie.

DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych

Marta Pietrzak