



**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
CENTRALA**

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
Centrala tel. (22) 592-65-90; fax 592-66-50

Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, e-mail: bzp@krus.gov.pl

0000-ZP.261.1.2019

Warszawa, dn. 08.02.2019r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oraz dostawę zestawów ratownictwa przedlekarskiego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala informuje, że Wykonawcy zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga dostarczenia reduktora oraz butli tlenowej – nie ma tego sprzętu w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, natomiast w pkt 30. Torba transportowa wg wytycznych KG PSP w podpunkcie 12 jest.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia reduktora oraz butli tlenowej, torba transportowa zgodna z wytycznymi KG PSP powinna posiadać kieszeń umożliwiającą umieszczenie w niej oraz natychmiastowe wydobycie butli tlenowej z reduktorem.

Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt 30 SOPZ wymaga dostarczenia torby transportowej wg wytycznych KG PSP, proszę o doprecyzowanie daty wydania wytycznych.

Odpowiedź:

Torba transportowa powinna być zgodna z wytycznymi KG PSP z dnia 26 lipca 2013r.

Pytanie 3

Dotyczy pozycji nr 18 SOPZ – maseczka do sztucznego oddychania

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym maseczkę z filtrem?

Filtr jest podstawową formą ochrony użytkownika przed infekcją ze strony pacjenta, a jego brak może powodować zagrożenie zdrowia ratownika.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następującej **modyfikacji treści SIWZ** - Rozdział II - Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pkt 18 „Maseczka do sztucznego oddychania – jednorazowa (bez filtra)”, poprzez **zmianę zapisu na „Maseczka do sztucznego oddychania – jednorazowa”.**

Pytanie 4

Dotyczy pozycji nr 12 SOPZ – latarka na głowę

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym latarkę inną niż „typu WOW”?

Prosimy o określenie minimalnych parametrów latarki czołowej, ponieważ model „wow” nie jest już dostępny w sprzedaży, a produkty o podobnych własnościach mocno są drogie i mocno zawyżają cenę całości zestawu ratowniczego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia lub o parametrach korzystniejszych.

Pytanie 5**Dotyczy pozycji nr 28 SOPZ – folia do przykrycia zwłok**

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym opakowanie zawierające 3 sztuki folii do przykrycia zwłok?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następującej **modyfikacji treści SIWZ** – Rozdział II - Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pkt 28 „Folia do przykrywania zwłok. 2 szt.”, poprzez **zmianę zapisu na „Folia do przykrywania zwłok. min. 2 szt.”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców w pkt 10 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, w ppkt 10.1 i 10.7 poprzez **wykreślenie daty 12.02.2019r. i wprowadzenie daty 14 luty 2019r.**

Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ww. ustawy, przedłużenie terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Wykonawca winien ją uwzględnić w ofercie.

WICEDYREKTOR
Biuro Zamówień Publicznych
Marek Rzepka
Marek Rzepka

08.02.2019r